

«ПОГОДЖЕНО»

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів

09 листопада 2012 р.

І.Б. Демченко

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Головний лікар клінічної лікарні „Феофанія”
Державного управління справами

30 жовтня 2012 р.

І.П. Семенів

REF №HP015.01

ТУ У 24.4-24607793-017-2003

ІНСТРУКЦІЯ ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ (ЛДГ) (кінетичний УФ метод)

ПРИЗНАЧЕННЯ

IVD

Набір призначений для визначення сумарної активності лактатдегідрогенази (ЛДГ₁, ЛДГ₂, ЛДГ₃, ЛДГ₄, ЛДГ₅) у сироватці крові людини в клініко-діагностичних, біохімічних лабораторіях та науково-дослідницькій практиці.

Набір розрахований на **20 макро-, 40 напівмікро- або 80 мікрОВИЗНАЧЕНЬ** при запуску реакції субстратом, або на **25 макро-, 50 напівмікро- або 100 мікрОВИЗНАЧЕНЬ** при запуску реакції зразком (Див. *Примітку 3*).

Лінійність методу повинна зберігатися до швидкості зміни оптичної щільності ($\Delta E/xv$) 0,150 для хвиль Hg 334 нм, 340 нм або 0,070 для Hg 365 нм.

Коефіцієнт варіації визначення - не більше 7 %.

Припустима похибка визначення - не більше 20 %.


Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С.

Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення.

Набір призначений для застосування *in vitro* професійно навченим лаборантом.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

УФ метод, що базується на оптимізованому стандартному методі відповідно до вимог DGKC (Німецького Товариства Клінічної Хімії) і модифікований відповідно до рекомендацій SCE (Скандинавського комітету по ензимам).



НАДН и NAD^+ - дві форми β -нікотінамід аденін дінуклеотиду

Піруват перетворюється в лактат з одночасним окислюванням НАДН. Швидкість зменшення абсорбції при 340 нм, що зв'язана з окислюванням НАДН, прямо пропорційна активності ЛДГ у пробі.

СКЛАД НАБОРУ

- Буферний розчин ЛДГ (Р1) рН (7,4 \pm 0,2) - 4 флакони по (20 \pm 1) мл;
 - ТРІС (62,5 \pm 3,125) ммоль/л;
 - Піруват (1,5 \pm 0,075) ммоль/л;
 - ЕДТО (6,25 \pm 0,3125) ммоль/л;
- Стабілізуючий розчин - 1 флакон з (20 \pm 1) мл;
 - гідроокис натрію 0,01 Н
- Субстрат НАДН - 1 мікропробірка з (16 \pm 2) мг або 1 таблетка у флаконі.

ЗРАЗОК

Сироватка.

Гемоліз недопустимий. Зразки стабільні при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С протягом 24 годин.

ОБЛАДНАННЯ

- Фотометричне обладнання, яке здатне вимірювати оптичну щільність розчинів при довжині хвилі **334, 340** або **365** нм в діапазоні (0-1,0) од. опт. щільності та довжині оптичного шляху 10 мм.
- Пробірки місткістю 10 мл (ГОСТ 1770-74).
- Піпетки місткістю 0,1 і 5 мл (ГОСТ 29227-91).

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

- РОЗЧИН СУБСТРАТУ (P2)** - Розчинити вміст мікропробірки з НАДН у флаконі із стабілізуючим розчином. За умови збереження в темному місці і температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С розчин стійкий не менше одного місяця.
- ЗАПУСК РЕАКЦІЇ СУБСТРАТОМ.** Реактиви стабільні до закінчення терміну придатності і не менше місяця після відкриття флаконів за умови збереження при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Буферний розчин необхідно зберігати в темному місці (світлочутливий).
- ЗАПУСК РЕАКЦІЇ ЗРАЗКОМ** - змішати 4 частини буферного розчину (P1) із 1 частиною розчину субстрату (P2). Стабільність **Монореактива (P1)+(P2):** 1 тиждень при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С; 1 доба при температурі від плюс 15 °С до плюс 25 °С.

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

Перед початком реакції кювету і розчини нагріти до необхідної температури протягом **5 хв.** При вимірюванні оптичної щільності потрібно підтримувати постійну температуру ($\pm 0,5$ °С).

1. ЗАПУСК РЕАКЦІЇ СУБСТРАТОМ (ТАБЛИЦЯ 1)

Таблиця 1

Температура	плюс 25 °С чи плюс 30 °С			плюс 37 °С		
Піпетувати, мкл	макро	<i>напівмікро</i>	мікро	макро	<i>напівмікро</i>	мікро
Буферний розчин (P1)	4000	2000	1000	4000	2000	1000
Інкубувати 5 хв, потім додати						
Зразок	100	50	20	50	25	10
Перемішати, інкубувати 1 хв , потім додати						
Розчин субстрату (P2)	1000	500	250	1000	500	250

2. ЗАПУСК РЕАКЦІЇ ЗРАЗКОМ (ТАБЛИЦЯ 2)

Таблиця 2

Температура	плюс 25 °С чи плюс 30 °С			плюс 37 °С		
Піпетувати, мкл	макро	<i>напівмікро</i>	мікро	макро	<i>напівмікро</i>	мікро
Монореактив (P1)+(P2)	4000	2000	1000	4000	2000	1000
Інкубувати 5 хв, потім додати						
Зразок	80	40	20	40	20	10

В обох випадках перемішати, через 1 хв зчитувати змінення екстинції з інтервалом 1 хв (або через інші рівні проміжки часу) на протязі 3 хв по відношенню до **повітря або дистильованої води.** Розрахувати середнє змінення екстинції за 1 хв. ($\Delta E/\text{хв}$).

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для контролю ходу реакції та процедури вимірювання рекомендується використовувати контрольні сироватки із значеннями активності, визначеними даним методом. Наприклад: «Ліонорм» (Чехія), «Біоконт С» (Росія), «ФілоНорм» або «ФілоПат» (Україна).

Кожна лабораторія повинна встановити власну внутрішню систему контролю якості.

НОРМАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ (У ДОРОСЛИХ)

Температура:	25 °С	30 °С	37 °С
МОд/л	120 - 240	160 - 320	225 - 450
Мккат/л	2 - 4	2,67 - 5,33	3,75 - 7,5

Для дітей у віці до 12 місяців активність ЛДГ при температурі 25 °С до 500 МОд/л.

Дані величини орієнтовні, рекомендується визначення власних нормальних величин в кожній лабораторії.

РОЗРАХУНОК

Для одержання активності в **МОд/л** множити $\Delta E/\text{хв}$ на ЧИННИК, зазначений у таблиці 3.

Таблиця 3

Запуск реакції субстратом	плюс 25 °С або 30 °С		плюс 37 °С	
Довжина хвилі, нм	Макро або <i>напівмікро</i>	мікро	Макро або <i>напівмікро</i>	мікро
340	8095	10080	16030	20000
334	8250	10275	16345	20390
365	15000	18675	29705	37060
Запуск реакції зразком	плюс 25 °С або 30°С		плюс 37 °С	
Довжина хвилі, нм	Макро, напівмікро або мікро		Макро, напівмікро або мікро	
340	8095		16030	
334	8250		16345	
365	15000		29705	

Для одержання активності в мккат/л множити $\Delta E/xv$ на ЧИННИК, зазначений у таблиці 4.

Таблиця 4

Запуск реакції субстратом	Плюс 25 °С або 30 °С		Плюс 37 °С	
Довжина хвилі, нм	макро або <i>напівмікро</i>	Мікро	макро або <i>напівмікро</i>	мікро
340	134,92	168,0	267,17	333,33
334	137,50	171,25	272,42	339,83
365	250,00	311,25	495,08	617,67
Запуск реакції зразком	Плюс 25 °С або 30 °С		Плюс 37 °С	
Довжина хвилі, нм	Макро, напівмікро чи мікро		Макро, напівмікро чи мікро	
340	134,92		267,17	
334	137,50		272,42	
365	250,00		495,08	

ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМУВАННЯ

Найменування набору реактивів	ЛДГ (Кінетика)
Тип аналізатора(напівавтомат/автомат)	будь-який
Метод виміру	Кінетика
Зміна оптичної щільності	Зменшується
Довжина хвилі, нм	340
Вимір проги	повітря
Температура реакції, °С	37
Чинник	-16030
Концентрація стандарту	-
Співвідношення реагент/проба (мкл/мкл)	1000 : 10
Кількість вимірів, не менше	3
Час передінкубації, с	60
Час реакції, с	60
Одиниці виміру	МОд/л
Верхня межа абсорбції контрольної проби, А	2,00
Нижня межа абсорбції контрольної проби, А	1,00
Максимально допустиме $\Delta E/xv$, А	0,150
Межі лінійності	0-1200
Максимум норми	450
Мінімум норми	225
Підтвердження лінійності (так/ні)	так

ДІАГНОСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лактатдегідрогеназа присутня у всіх клітинах організму, але найбільш високий вміст спостерігається в печінці, серці, нирках, скелетній мускулатурі і еритроцитах.

Вміст ЛДГ у сироватці або плазмі підвищується при мегалобластній, гемолітичній, серповидно-клітинній і перниціозній анеміях, неоплазії, лейкомії, лімфомі, інтенсивному карциноматозі, шоці, гіпоксії, крайній гіпертермії, цирозі, механічній жовтусі, гепатитах, ниркових захворюваннях багатьох форм, інфаркті нирки, інфаркті міокарду і легені, хворобі скелетної

мускулатури, застійній серцевій недостатності, будь-якому пошкодженні клітин, яке призводить до втрати цитоплазми, гострому панкреатиті^{6,7}

Знижений рівень ЛДГ спостерігається при генетично обумовленому дефіциті субодиниць Н та М.

Клінічний діагноз повинен встановлюватися на основі інтеграції клінічних і лабораторних даних.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

Ліпемія (тригліцериди < 10 г/л), аскорбінова кислота до 500 мг/л, глюкоза до 10 г/л та білірубін (< 500 мг/л) не впливають⁸⁾. Гемоліз впливає на хід визначення.

На хід визначення можуть робити вплив деякі ліки і речовини.⁵⁾

Ацebutалол, анестетики, азлоцилін, цефалоспорины, дікумарол, етанол, філграстим, флюороурацил, гепарин, іміпрамін, інтерферон, ізотретиноїн, кетоконазол, лабеталол, метотрексат, метопролол, нітрофурантоїн, нестероїдні протизапальні засоби (наприклад, дифлунісал, кетопрофен, піроксікам), пеніциламін, піперацилін, плікаміцин, пропоксифен, хінідин, сульфонаміди, тікарцилін, третинат, вальпроєва кислота, оксалат, сечовина, амікан, метронідазол, кетопрофен, клофібрат, флюорид (низькі дози).

УТИЛІЗУВАННЯ

Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і спільно з можливими залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил.

Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.

ЗАПОБІЖНИ ЗАХОДИ

1. При роботі використовувати гумові рукавички, заборонено їсти, пити, курити.
2. Реактиви містять азид натрію як протектор (отруйна речовина). НЕ КОВТАТИ! Уникати попадання на шкіру і слизові оболонки.

ПРИМІТКИ

1. Даним методом аналізуються: негемолізована сироватка, гепаринізована або ЕДТО-плазма. УНИКАТИ ГЕМОЛІЗУ!
2. Можлива втрата активності ЛДГ при збереженні протягом 3 днів: при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С - до 2 %; при температурі від плюс 15 до плюс 25 °С - до 8 %.
3. Якщо швидкість зміни оптичної щільності реакційного розчину вище обговорених меж лінійності (див. вище межа лінійності методу), 0,1 мл зразку розвести 0,9 мл 0,9 % розчином хлористого натрію. Отриманий результат помножити на 10.
4. **Розраховано при витраті розчинів реагентів 1,25 мл (мікро-), 2,5 мл (напівмікро-), 5,0 мл (макро-) при запуску реакції субстратом, або 1,0 мл (мікро-), 2,0 мл (напівмікро-), 4,0 мл (макро-) при запуску реакції зразком.**

ЛІТЕРАТУРА

1. Z.KLIN.CHEM.KLIN.BIOCHEM. 8 (1970) 658.
2. Z.KLIN.CHEM.KLIN.BIOCHEM. 10 (1972) 182.
3. Weisshaar D.et.al., MED.WELT 26 (1975) 387.
4. Witt,I. & Trendelenburg,C., Z.KLIN.CHEM.KLIN.BIOCHEM. 20 (1982) 235-242.
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.
6. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 1999.
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.
8. Ann. Biol. Clin. 1982; 40:123.



ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»,
Україна, 49051 Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 32
Тел./факс: (056) 747-47-76, 747-45-34
Тел.: (093) 573-75-35, (067) 535-15-73, (095) 168-36-54
E-mail: felicit_d@ua.fm <http://www.felicit.com.ua>